

仕 様 書

案件名	エタノール(99.5) 外の購入
見積書提出期限	令和7年9月17日(水) 13時まで
納入期限	令和7年10月17日(金)
納入場所	山口県警察本部(山口市滝町1番1号)

品名	規格・サイズ・材質等	数量	単位	基準品	備考
エタノール(99.5)	○JIS試薬特級 ○500mL ○純度99.5%	5	本	富士フィルム和光純薬 057-00456	相当品 可
Quantifiler Trio DNA Quantification Kit	○400反応 ○5'末端がFluorescence系、3'末端がRhodamine系の蛍光色素でラベルされたTaqManプローブが入ったDNA定量試薬であること ○QuantStudio 5リアルタイムPCRシステム(アプライド・バイオシステムズ社)で使用可能であること ○ヒト及び男性DNAの検出と同時に検体のDNAの分解の程度も評価できること ○内部コントロール(Internal PCR Control)が含まれていること ○使用期限が2026年10月以降のものであること	1	箱	アプライド・バイオシステムズ 4482910	相当品 不可
Eppendorf Safe-Lock Tubes (1.5mL, Eppendorf Quality, 黄)	○容量1.5mL、ポリプロピレン製、黄色 ○1000本 ○遠心耐性が14,000RCF以上、温度耐性が-86～100℃程度であること ○フラットトップの蓋付きでマジックによるラベルが可能 ○気密性に優れ、70℃で24時間インキュベートしても、中の液体が蒸発しないこと ○オートクレーブ可能 ○DNAの吸着の少ない材質を使用している ○メーカーによる品質保証がされているもの	3	箱	エッペンドルフ 0030120159	相当品 不可
Eppendorf Safe-Lock Tubes (1.5mL, Eppendorf Quality, 緑)	○容量1.5mL、ポリプロピレン製、緑色 ○1000本 ○遠心耐性が14,000RCF以上、温度耐性が-86～100℃程度であること ○フラットトップの蓋付きでマジックによるラベルが可能 ○気密性に優れ、70℃で24時間インキュベートしても、中の液体が蒸発しないこと ○オートクレーブ可能 ○DNAの吸着の少ない材質を使用している ○メーカーによる品質保証がされているもの	3	箱	エッペンドルフ 0030120183	相当品 不可
詰め替え滅菌ローバインディングフィルターチップ(10μL、大箱)	○全長3.2cm程度、容量10μL、96本×10個×5トレイ/箱、ポリプロピレン製 ○ヒンジ式ラック(Labcon イクリプス詰め替え専用空ラック)に詰め替えできること ○GILSON製ピペットマン、ニチヨー製NichipetEX等のシングルピペットに適合すること ○ヒトDNAフリー、ヌクレアーゼフリー ○オートクレーブ可能 ○10ミクロン疎水性多孔質フィルターにより汚染防止が可能なこと ○ローバインディング性能を有している	1	箱	イナ・オプティカ 1171-225	相当品 可