

仕 様 書

案件名	PrepFiler Express Forensic DNA Extraction Kit 外 の購入
見積書提出期限	令和7年11月12日(水) 13時まで
納入期限	令和7年12月12日(金)
納入場所	山口県警察本部(山口市滝町1番1号)

品名	規格・サイズ・材質等	数量	単位	基準品	備考
PrepFiler Express Forensic DNA Extraction Kit	○52回分 ○AutoMate Express Forensic DNA Extraction System(アプライトバイオシステムズ社)適合品 ○ヒトDNAのコンタミネーションに関する品質証明が可能 ○使用期限が、2026年12月以降のもの	5	箱	・アプライトバイオシステムズ 4441352	相当品 不可
3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 36cm	○3500xL Genetic Analyzer(アプライトバイオシステムズ社)適合品 ○24本のキャピラリー/アレイ ○キャピラリーの有効長が36cm ○使用期限が2026年7月以降であること	1	アレイ	・アプライトバイオシステムズ 4404687	相当品 不可
1.5mL カラーチューブ (黄色)	○ポリプロピレン製 ○容量1.5mL、黄色、1000本入り ○RNase、DNase、ヒトDNAフリーであること ○遠心耐性: 14,000RCF以上 ○温度耐性: -80℃~121℃ ○フラットキャップであること ○オートクレーブ可	1	箱	・TreffLab 96.07246.4.01	相当品 可
1.5mL カラーチューブ (緑色)	○ポリプロピレン製 ○容量1.5mL、緑色、1000本入り ○RNase、DNase、ヒトDNAフリーであること ○遠心耐性: 14,000RCF以上 ○温度耐性: -80℃~121℃ ○フラットキャップであること ○オートクレーブ可	1	箱	・TreffLab 96.07246.5.01	相当品 可
ポリ袋12号	○ポリエチレン製で透明なもの ○340×230mmサイズ、厚さ0.03mm程度 ○100枚入りのもの	10	袋	・JOINTEX B312J 354-133	相当品 可
消毒用エタノール	○容量5リットル ○エタノール濃度76.9～81.4%程度 ○第4類アルコール類 ○指定医薬部外品でも可	2	個	・アスワン 8-1928-02 (MIX「カネイチ」5L 兼一薬品工業) ・富士フィルム和光純薬 326-00031	相当品 可

セキュリティボックス	○機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックであること ○可動棚付きであること ○サイズ(mm)が360×355×530程度、有効内寸法(mm)が324×332×480程度のもの ○スチール製であり、表面が耐薬樹脂塗装仕上げされているもの	1	個	・アズワン 3-6800-02	相当品 可
医療用滅菌済綿棒	○綿直径5mm、全長76mm程度 ○600本入り ○1本ずつ個別包装されていること ○エチレンオキサイドガス滅菌処理がされていること ○360日以上有効のもの	1	箱	・日本綿棒 コードNo.1A754S	相当品 不可
4ウェイ チューブラック (5色アソート)	○0.5mLチューブ、1.5mLチューブ、2.0mLチューブ、15mLチューブ、50mLチューブが立てられること	1	組	・HEATHROW HS29022G	相当品 可
チューブオープナー(5色 セット)	○0.2mL～2.0mLチューブに使用可能であること	3	セット	・TreffLab 0309510	相当品 可
噴霧器(中)	○容量700cc、870グラム、真鍮製 ○本体が真鍮製で、錆止め加工のあること ○手押し加圧型で充填式であること ○耐薬品性に優れていること ○パッキンがバイトン(フッ素ゴム)製であること	2	個	・クラマ産業 卓上手 押し噴霧器 中型	相当品 可